

设备需求评估报告

公司名称	欣旺达电子股份有限公司	版本	v0
地址	深圳市宝安区石岩街道办石龙仔颐和路2号	日期	2018-5-29

记录代码: F-SUNO-14.3.2.1/B0

1 设备 信息	设备类型: <input type="checkbox"/> 生产设备 <input checked="" type="checkbox"/> 测试设备 <input type="checkbox"/> IT设备 <input type="checkbox"/> 办公设备 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 消防设备 <input type="checkbox"/> 其它				需求部门: 工程技术创新中心		
	设备名称: 盐雾试验机		需求数量: 1台	需求到位日期: 2018年7月30日		设备验收周期: 4周	
	设备型号: /		设备用途: 应对智能硬件产品中电池、保护板和元器件的盐雾测试需求				
	技术需求联系人: 章兴石		联系电话: 0755-29516888				
	设备预估价格: 25万元/台		核对部门预算表: <input checked="" type="checkbox"/> 预算内 <input type="checkbox"/> 超预算 <input type="checkbox"/> 未作预算				
设备性能要求:							
电源: 220V/50HZ 内部体积: 600L 温度范围: RT~70℃ 温度均匀度: ≤±3℃ 温度波动度: ≤±3℃ 盐雾沉降量: ≥1ml/(h·80cm ²) 喷雾方式: 连续、周期可选 基本信息: 1. 设备具有连续喷雾、停止、干燥循环控制功能, 具有自动清除试验箱内盐雾功能, 具有故障探测、自动停机保护功能; 2. 设备提供纯净水系统、压缩空气系统解决方案; 3. 设备提供样品测试托架、样品挂杆、测试盐包等配件; 4. 设备提供第三方校准报告; 设备交付到需求方指定的安装地点; 提供设备保养和培训服务;							
2 品牌 定位	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 外购	能自制设备需给自动化事业部评估 预估价格: 完成时间: 建 议: <input type="checkbox"/> 自制 <input type="checkbox"/> 外购 评估人:			外购: <input type="checkbox"/> 国产品牌 <input checked="" type="checkbox"/> 进口品牌		
3 请 购 原 因 说 明	<input type="checkbox"/> 降低成本 <input checked="" type="checkbox"/> 提升产能 <input type="checkbox"/> 增加产能 <input type="checkbox"/> 其它原因						
	1、满足智能硬件产品中电池、保护板和元器件的盐雾测试需求 2、提升现有数码电池、保护板和元器件的盐雾测试能力						
	<input type="checkbox"/> 客户要求	客户	适用项目	项目订单数	所属营业员	其它说明	
1 降低成本: 需从请购设备使用前成本对比说明(如生产效率、物料损耗、节省人工等); 2 提升产能: 需从请购前后产能对比说明(如每小时和日产能, 对比增加设备前后客户要求产能差异等); 3 增加产能: 需从现有设备产能, 增加设备产能, 预计需求产能等方面进行说明; 4 其它原因: 如新增部门、人员增加、改善环境等。							
4 风 险 评 估	设备通用性评估		设备闲置评估		设备性能缺点或隐患评估	设备耐用年限评估	售后服务及维修保养费用评估
	<input checked="" type="checkbox"/> 通用 <input type="checkbox"/> 部分产品通用 <input type="checkbox"/> 专用, 项目		通用设备不存在闲置		/	10年	/
备注	1、此单仅用在公司达到2000元的固定资产(设备/设施等)的需求评估, 其它低值易耗品每月预算, 批示后在OA中请购即可。 2、表单填写要求: 此表由需求部门每栏如实填写完整, 可另外补充图纸、说明、方案、请示、报告类文件作为附件。 A、IT设备、测量设备和行政设备需分别与信息中心、仪校中心、行政部门沟通, 以内部调配优先, 避免闲置浪费。 B、非标设备请购部门先评估能否自制, 能自制设备需先给自动化事业部销售对口人沟通内部自制和自制估价信息; C、外购设备需求部门预估价格时, 需与行政采购对口人沟通外购价格和交期等信息; 如为第二次采购的设备需与财务资产管理人查询原设备采购价格 D、考虑到投资风险, 需与财务预算对口人沟通设备投资预算案算情况。 3、本表保存部门: 正本-行政采购, 副本-申请部门、财务中心 保存年限: 三年。						